

CONTROLE PONCTUEL DU DOSAGE DES MARQUEURS CARDIAQUES - CARD 2010

Lyon, décembre 2009

Cher Confrère,

Vous faites partie des **490 laboratoires** inscrits au contrôle ponctuel du dosage des Marqueurs Cardiaques 2010 organisé par PRO.BIO.QUAL. **Le programme débute en janvier ; premier traitement statistique le 2 février 2010.**

Vous trouverez ci-dessous les indications nécessaires à la mise en œuvre de ce programme.

Livraison :

➤ Courant décembre :

1 coffret de 6 flacons de sérums étiquetés **10C01 à 10C06**. fourni par le laboratoire **RANDOX**.**DOCUMENTS NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME****Annexe 1 - PLANNING des 4 opérations de contrôle..... page 2**

Quelques jours avant le traitement, les laboratoires ne nous ayant pas encore envoyé leurs résultats, recevront par e-mail, pour rappel, la date limite de saisie.

Annexe 2 - ANALYSES A EFFECTUER - Bordereaux de réponse pages 3 à 6

Chaque trimestre, vous déterminez les paramètres de votre choix parmi les 3 proposés ; ensuite, il vous faut remplir complètement (codes en particulier) la feuille de résultat prévue pour ce trimestre.

N.B. : convertisseur d'unités accessible sur notre site web www.probioqual.com.

Annexe 3 - EXPLOITATION DES RESULTATS pages 7 et 8

- 3.1 - Tableaux « RECAPITULATIFS DES RESULTATS »
- 3.2 - Tableaux « RECAPITULATIFS DES NOTATIONS »

Annexe 4 - CODAGE et Limites Acceptables utilisées page 9

- Tableau « RECAPITULATIF DES CODES » à conserver par le laboratoire

Il faut utiliser la table de codage du CQ National (CQN) 6ème édition (2000) Bioforma et toutes les mises à jour publiées par l'AFSSAPS à chaque enquête du CQN.

Elle est accessible sur notre site Internet www.probioqual.com dans l'accès réservé aux adhérents :

Rubrique : « table de codage BIOFORMA »

[Recherche sur la technique, sur l'appareil ou sur l'étalon](#)

Document annexe « CONSIGNES D'ORDRE GENERAL », à consulter pour les consignes communes aux EEQ

En cas de questions ou suggestions, n'hésitez pas à contacter notre secrétariat, en vous identifiant :

Tel : 04. 72. 65. 34. 90**Fax : 04. 78. 85. 97. 77 e-mail : card@probioqual.com**

En vous remerciant de votre confiance et en espérant que ce contrôle vous apportera toute l'aide que vous en attendez pour le bon fonctionnement de votre laboratoire, nous vous prions d'agréer, Cher(e) Confrère, l'expression de nos sentiments dévoués.

Delphine COLLIN-CHAVAGNAC – Jean Christophe EYNARD – Monique MANCHON

PLANNING 2010

TRANSMISSION DE VOS REPONSES :

CARD - 2010	Flacons à analyser	Date du traitement statistique
Janvier 2010	10C01	2 février
Mars 2010	10C02 / 10C03	23 mars
Juin 2010	10C04	15 juin
Octobre 2010	10C05 / 10C06	12 octobre



RESPECTEZ LA DATE LIMITE de RECEPTION des REPONSES

- Par **courrier** ou **fax** :

la veille de la date du traitement

- Par **Internet** :

saisie autorisée jusqu'à **la veille du traitement 24h00**.



SOYEZ VIGILANTS ! :

Evitez les erreurs grossières (cf. EEQ- Consignes d'ordre général - annexe A)

- de recopie,
- de transformation d'unités,
- de reconstitution
- ou autre...

NOUS NE FERONS AUCUNE CORRECTION APRES TRAITEMENT.

Il vous appartient de garder les preuves de votre éventuelle erreur et de les archiver avec le compte-rendu de ProBioQual.

Annexe 2

Contrôle du dosage des Marqueurs Cardiaques

Mois : **01 / 2010**

Résultats à rendre au plus tard le **1^{er} février 2010**

CODE LABORATOIRE

--	--	--	--

Sérum : 10C01

Troponine I µg/L

Troponine T µg/L

Myoglobine µg/L

Un.	Tech.	Appareil		
I				
I				
I				

RESULTAT TROUVE				
		,		
		,		

Indiquer le codage technique/appareil pour les analytes rendus

Remarques :

FAX : +33(0)4 78 85 97 77

Annexe 2

Contrôle du dosage des Marqueurs Cardiaques

Mois : **03 / 2010**

Résultats à rendre au plus tard le **22 mars 2010**

CODE LABORATOIRE	<input type="text"/>				Sérum : 10C02					Sérum : 10C03									
	Un.	Tech.	Appareil			RESULTAT TROUVE					RESULTAT TROUVE								
Troponine I $\mu\text{g/L}$	I																		
Troponine T $\mu\text{g/L}$	I																		
Myoglobine $\mu\text{g/L}$	I																		

Indiquer le codage technique/appareil pour les analytes rendus

Remarques :

FAX : +33(0)4 78 85 97 77



Annexe 2

Contrôle du dosage des Marqueurs Cardiaques

Mois : **06 / 2010**

Résultats à rendre au plus tard le **14 juin 2010**

CODE LABORATOIRE

--	--	--	--

Sérum : 10C04

	Un.	Tech.		Appareil	
Troponine I µg/L	I				
Troponine T µg/L	I				
Myoglobine µg/L	I				

RESULTAT TROUVE				
		,		
		,		

Indiquer le codage technique/appareil pour les analytes rendus

Remarques :

FAX : +33(0)4 78 85 97 77



Annexe 2

Contrôle du dosage des Marqueurs Cardiaques

Mois : **10 / 2010**

Résultats à rendre au plus tard le **11 octobre 2010**

CODE LABORATOIRE		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	Sérum : 10C05				Sérum : 10C06								
	Un.	Tech.	Appareil			RESULTAT TROUVE					RESULTAT TROUVE							
Troponine I	µg/L	I	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Troponine T	µg/L	I	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Myoglobine	µg/L	I	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>

Indiquer le codage technique/appareil pour les analytes rendus

Remarques :

FAX : +33(0)4 78 85 97 77

RECAPITULATIF DES RESULTATS

A conserver par le laboratoire

Mois Sérum	JANVIER	MARS		JUIN	OCTOBRE	
	10C01	10C02	10C03	10C04	10C05	10C06

Troponine I						
• résultat trouvé						
• valeur cible						
• zone acceptable						
• notation	A					
	B					
	C					

Troponine T						
• résultat trouvé						
• valeur cible						
• zone acceptable						
• notation	A					
	B					
	C					

Myoglobine						
• résultat trouvé						
• valeur cible						
• zone acceptable						
• notation	A					
	B					
	C					

A = écart à la moyenne en %

B = appréciation de l'écart « Toutes Techniques »

C = appréciation de l'écart dans « Votre Technique »

RECAPITULATIF DES NOTATIONS

A conserver par le laboratoire

Troponine I													
Notation	"Toutes Techniques"						"Votre Technique"						
Série 10Cxx	01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06	
>	X					
+ 2							
+ 1							
B+							
TB							
B-							
- 1							
- 2							
<							
Vos remarques													

Troponine T												
Notation	"Toutes Techniques"						"Votre Technique"					
Série 10Cxx	01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06
>
+ 2
+ 1
B+
TB
B-
- 1
- 2
<
Vos remarques												

Myoglobine												
Notation	"Toutes Techniques"						"Votre Technique"					
Série 10Cxx	01	02	03	04	05	06	01	02	03	04	05	06
>
+ 2
+ 1
B+
TB
B-
- 1
- 2
<
Vos remarques												

Nb : Vous pouvez aussi construire des graphiques en cochant les cases qui correspondent à vos notes.

CODAGE et L.A. utilisées**A conserver par le laboratoire****RECAPITULATIF DES CODES**(tables BIOFORMA, contrôle de qualité national, 6ème édition mars 2000 – et **surtout consultez notre site Internet^(*)**)

CODE DU LABORATOIRE

--	--	--	--

(valable uniquement pour PRO.BIO.QUAL.)

CODE	ANALYTE	UNITE		TECHNIQUE	APPAREIL					
TP	Troponine I	µg/L	I	<table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px;"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
T2	Troponine T	µg/L	I	<table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px;"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			
MY	Myoglobine	µg/L	I	<table border="1" style="display: inline-table; width: 40px; height: 20px;"><tr><td></td><td></td></tr></table>			<table border="1" style="display: inline-table; width: 60px; height: 20px;"><tr><td></td><td></td><td></td></tr></table>			

L.A. utilisées

Limites acceptables utilisées (en %)			
	Taux bas	Taux moyen	Taux élevé
TROPONINE I	20	20	20
TROPONINE T	20	20	20
MYOGLOBINE	20	20	20

(*) www.probioqual.com