

## ProBioQual

9 rue Professeur Florence - 69003 LYON

Association régie par la loi du 01/07/1901

Section Contrôle de Qualité

Tél : 04 72 65 34 90 - Fax : 04 78 85 97 77

Courriel : [calculs@probioqual.com](mailto:calculs@probioqual.com)

<http://www.probioqual.com>



Centre lyonnais pour la **Promotion de la Biologie**  
et du contrôle de **Qualité**

R01/03/11/COTI

## EEQ - CONTROLE DE LA COTININE URINAIRE - COTI 2011

Lyon, décembre 2010

Cher(e) Confrère,

Vous faites partie des **25 laboratoires** inscrits au contrôle semestriel de la Cotinine Urinaire 2011 organisé par PRO.BIO.QUAL. **Le programme débute en mars ; premier traitement statistique le 15 mars 2011.**

Vous trouverez ci-dessous les indications nécessaires à la mise en œuvre de ce programme.

Nous vous adresserons :

**Quatre fois** dans l'année les spécimens d'urines de fumeur **en fonction du planning des enquêtes** à réaliser :

- **Début mars :** 1 urine ..... (11K01) avec le bordereau de réponse
- **Fin mai :** 2 urines ..... (11K02 et 11K03) avec le bordereau de réponse
- **Fin juin :** 1 urine ..... (11K04) avec le bordereau de réponse
- **Fin octobre :** 2 urines ..... (11K05 et 11K06) avec le bordereau de réponse

### DOCUMENTS NECESSAIRES AU FONCTIONNEMENT DU PROGRAMME

#### Annexe 1 - PLANNING des 4 opérations de contrôle ..... page 2

Quelques jours avant le traitement, les laboratoires ne nous ayant pas encore envoyé leurs résultats, recevront par e-mail, pour rappel, la date limite de saisie.

#### Annexe 2 - CODAGE et Limites Acceptables utilisés ..... page 3

Pour les codes APPAREILS, utiliser la table de codage du CQ National 6ème édition (2000) Bioforma.

Elle est accessible sur notre site Internet [www.probioqual.com](http://www.probioqual.com) dans l'accès réservé aux adhérents :

**Rubrique :** « table de codage BIOFORMA »

Recherche sur la technique, sur l'appareil ou sur l'étalon

- « TABLE DE CODAGE » pour les codes techniques *proposés par Probioqual*
- « LIMITES ACCEPTABLES UTILISEES »
- « RECAPITULATIF DES CODES »

**Manuel « INSTRUCTIONS GENERALES », à consulter pour les consignes communes aux EEQ**

En cas de questions ou suggestions, n'hésitez pas à contacter notre secrétariat, en vous identifiant :

Tel : 04. 72. 65. 34. 90

Fax : 04. 78. 85. 97. 77

e-mail : [calculs@probioqual.com](mailto:calculs@probioqual.com)

En vous remerciant de votre confiance et en espérant que ce contrôle vous apportera toute l'aide que vous en attendez pour le bon fonctionnement de votre laboratoire, nous vous prions d'agréer, Cher(e) Confrère, l'expression de nos sentiments dévoués.

Renée-Claude BOISSON - Jean-Christophe EYNARD

## PLANNING 2011

### TRANSMISSION DE VOS REPONSES :

<b>COTI – 2011</b>	<b>Urines à analyser</b>	<b>Date du traitement statistique</b>
<b>Mars 2011</b>	11K01	<b>15 mars</b>
<b>Juin 2011</b>	11K02/ 11K03	<b>7 juin</b>
<b>Juillet 2011</b>	11K04	<b>5 juillet</b>
<b>Novembre 2011</b>	11K05 / 11K06	<b>8 novembre</b>



**RESPECTEZ LA DATE LIMITE DE RECEPTION  
DES REPONSES :**

**la veille de la date du traitement statistique**



**SOYEZ VIGILANTS ! :**

**Evitez les erreurs grossières** (cf. EEQ – Manuel Instructions générales annexe B)

- de recopie,
- de conversion d'unités,
- de reconstitution
- ou autre...

**NOUS NE FERONS AUCUNE CORRECTION APRES TRAITEMENT.**

Il vous appartient de garder les preuves de votre éventuelle erreur et de les archiver avec le compte-rendu de ProBioQual.

## CODAGE et LIMITES ACCEPTABLES utilisés

### A conserver par le laboratoire

#### TABLE DE CODAGE

**Codes Techniques** : en l'absence de tables de codage, nous vous proposons d'utiliser les codes suivants :

Principe général de codage		code
<b>Méthodes physiques</b>		
	CPG / SM	<b>2A</b>
	HPLC détection UV	<b>2B</b>
	HPLC détection barrettes de diodes	<b>2C</b>
	HPLC-MS	<b>2D</b>
<b>Méthodes immunologiques</b>		
- EMIT	Microgénics	<b>VM</b>
	Thermo Scientific	<b>VK</b>
- EIA	Bio-Rad	<b>MB</b>
- Chimiluminescence	Siemens (ex. DPC France)	<b>SA</b>
- RIA		<b>AX</b>
<b>Colorimétrie</b>		
	Réaction de König	<b>CX</b>

**Codes appareils** : utiliser la table de codage fournie par Bioforma – 6ème édition mars 2000 (fascicule de couleur grise) et surtout consultez notre site Internet<sup>(\*)</sup>

#### L.A. utilisées

Limites acceptables utilisées (en %)			
COTININE	Taux bas	Taux moyen	Taux élevé
	25	25	25

#### RECAPITULATIF DES CODES

(tables BIOFORMA, contrôle de qualité national, 6ème édition mars 2000 – et surtout consultez notre site Internet<sup>(\*)</sup>)

CODE DU LABORATOIRE

--	--	--	--	--

(valable uniquement pour PRO.BIO.QUAL.)

CODE	ANALYTE	UNITE	I	TECHNIQUE	APPAREIL
KO	Cotinine	µg/L	I		

<sup>(\*)</sup> [www.probioqual.com](http://www.probioqual.com)